

Reactivos para el Kit de Pruebas de Dureza Total – HI3812-100

SKU: HI 3812-100

RESUMEN

Los HI3812-100 son reactivos para la determinación de la dureza total (como CaCO_3) por titulación con el kit de prueba química de dureza total HI3812. Hay suficientes reactivos para aproximadamente 100 pruebas que se utilizan con el kit de prueba de Hanna. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada botella para la trazabilidad.

Reactivos prefabricados para facilitar el uso

Preparados con productos químicos de alta pureza

Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

DESCRIPCIÓN

Los **HI3812-100** son reactivos para la determinación de la dureza total (como CaCO_3) por titulación con el kit de prueba química de dureza total **HI3812**. Hay suficientes reactivos para aproximadamente 100 pruebas que se utilizan con el kit de prueba de HANNA. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada botella para la trazabilidad.

ESPECIFICACIONES

Envase	Botella
Cantidad de análisis	100 pruebas
Método	EDTA

ACCESORIOS

El **HI3812-100** es un kit de reactivos de alta calidad preparados previamente lo que permite a los usuarios obtener mediciones de dureza total rápidas y precisas con el kit de prueba química. Estos reactivos siguen el método de titulación EDTA para determinar la concentración de dureza total como carbonato de calcio(CaCO_3).

- Reactivos prefabricados para facilitar el uso.
- Preparados con productos químicos de alta pureza.
- Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad.

Para la determinación de la dureza total, se debe primero estandarizar la solución de muestra a pH 10. En seguida se agrega el indicador de color calmagita para formar complejos débiles a este pH básico con magnesio y calcio, este complejo tendrá un color rojo. La adición de la solución titulante de EDTA también forma complejos con los iones restantes de magnesio y calcio libres. Una vez que todos los iones de magnesio y calcio han sido complejados, el exceso de EDTA elimina preferentemente los iones unidos con el indicador de color de calmagita formando un complejo más fuerte. La eliminación de estos iones metálicos del indicador causa un cambio de color de rojo a azul, que indica el punto final de la titulación. La cantidad de mililitros de titulante utilizado para alcanzar el punto final apropiado determinará la dureza total en mg/L de CaCO_3 . Estos reactivos están diseñados para ser utilizados con muestras que tienen un rango esperadto de dureza total de 0.0 a 30.0 mg /L y 0 a 300 mg/L de CaCO_3 .

CÓMO PEDIR

Reactivos, para, el, kit, de, pruebas, de, dureza, total, HI3812-100, titulación,

