

Reactivos de Reemplazo para el Kit de Prueba de Cloro Libre (Rango Medio) (100 pruebas) – HI3875-100

SKU: HI 3875-100

RESUMEN

Los HI3875-100 son reactivos de reemplazo para la determinación colorimétrica de cloro libre con el kit de prueba de cloro libre de rango medio HI3875. Hay suficientes reactivos para aproximadamente 100 pruebas que se utilizan con el kit de prueba de Hanna. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada paquete para la trazabilidad.

Reactivos prefabricados para facilitar el uso

Preparados con productos químicos de alta pureza

Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

DESCRIPCIÓN

El HI3875-100 es un reactivo de alta calidad preparado previamente lo que permite a los usuarios obtener mediciones de cloro libre rápidas y precisas con el kit de prueba química. Estos reactivos siguen el método DPD (N, N-dietil-p-fenilendiamina) para determinar la concentración de cloro libre.

Para la determinación del cloro libre se agrega el reactivo en polvo DPD a una muestra que contiene cloro. La reacción entre el cloro y el reactivo provoca una coloración rosa en la muestra. Cuanto mayor es la concentración, más profundo es el color. Se incluye un Disco Verificador para un análisis visual preciso, lado a lado, para determinar la concentración de cloro libre. Estos reactivos están diseñados para ser utilizados con muestras que tienen un rango de cloro libre esperado de 0.0 a 3.5 mg/L (ppm) de Cl_2 .