

HI93734-01

SKU: HI 93734-01

RESUMEN

Los HI93734-01 son reactivos para la determinación colorimétrica de cloro libre y total de alto rango. Contiene suficientes reactivos para 100 pruebas que se utilizan con el fotómetro portátil compatible HI96734 de Hanna. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada sobre y botella para la trazabilidad.

Reactivos prefabricados para facilitar el uso

Preparados con productos químicos de alta pureza

Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

DESCRIPCIÓN

Los HI93734-01 son reactivos para la determinación colorimétrica de cloro libre y total de alto rango. Contiene suficientes reactivos para 100 pruebas que se utilizan con el fotómetro portátil compatible HI96734 de Hanna. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada sobre y botella para la trazabilidad.

- Reactivos prefabricados para facilitar el uso
- Preparados con productos químicos de alta pureza
- Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

ESPECIFICACIONES

Envase	Sobres y botellas
Cantidad de Análisis	100 pruebas
Método	Adaptación del Método 330.5 de USEPA y el Método Estándar 4500-Cl G. La reacción entre el cloro libre y el reactivo DPD provoca un color rosa en la muestra.

ACCESORIOS

• CARACTERÍSTICAS:

Los HI93734-01 son reactivos de alta calidad preparados previamente, lo que permite a los usuarios obtener mediciones colorimétricas rápidas y precisas. Estos reactivos siguen una adaptación del Método 330.5 de USEPA y el Método Estándar 4500-Cl G. La reacción entre el cloro y los reactivos provoca un color rosa en la muestra. Al agregar 5 ml del reactivo HI93734-0 a la muestra, seguido de un sobre de HI93701-0, tendrá lugar la reacción con el cloro libre. Para el cloro total es necesaria la adición de 3 gotas de HI93734C-0. Después de la adición del reactivo apropiado, el fotómetro portátil compatible HI96734 determinará la concentración del color que se produce. Los resultados se mostrarán en mg/L de cloro libre o total. Estos reactivos están diseñados para ser utilizados con muestras que tienen un rango esperado de 0.00 a 10.0 mg/L de cloro libre y total.

CÓMO PEDIR

Los HI93734-01 son reactivos para la determinación colorimétrica de cloro libre y total de alto rango. Contiene suficientes reactivos para 100 pruebas que se utilizan con el fotómetro portátil compatible HI96734 de Hanna. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada sobre y botella para la trazabilidad.