

Solución Estándar pH 7.00 para Acidez Total en Análisis de Vino – HI84102-60

SKU: HI 84102-60

RESUMEN

La HI84102-60 es una solución de calibración de pH 7.00. Los estándares de calibración de Hanna tienen el número de lote y la fecha de caducidad claramente marcados en la etiqueta y son herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. La línea de estándares de calibración de Hanna ha sido especialmente formulada para tener un vencimiento de 5 años a partir de la fecha de fabricación para una botella sin abrir.

Precisión de +/- 0.01 pH a 25°C

Tabla de temperatura del valor de pH real a diversas temperaturas impresa en cada botella

Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad

DESCRIPCIÓN

La HI84102-60 es una solución de calibración pH 7.00 producida de acuerdo con la norma ISO 3696 / BS3978 que utiliza sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas con control de peso y material de vidrio Clase A en un ambiente de temperatura controlada monitoreado con termómetros certificados. Los valores informados son precisos a +/- 0.01 pH a 25 °C y son trazables con los Materiales de Referencia Estándar (SRM) del NIST.

Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones

- Garantiza la calidad y la frescura de la solución

Cada botella marcada con el número de lote y fecha de vencimiento

- Los estándares de Hanna están especialmente formulados para tener una caducidad de 5 años desde la fecha de fabricación para una botella sin abrir

Esta solución estándar de pH 7.00 está teñida de verde para facilitar la identificación

- Fácil de identificar qué estándar se está utilizando para la calibración

CARACTERÍSTICAS

Intervalo	0 a 150 mg/L O2
Resolución	1 mg/L
Exactitud	± 15 mg/L ± 4% de la lectura
Color de Identificación del Vial	Blanco
Paquete	Viales
Cantidad	25
Método	Dicromato libre de mercurio