


Solución de Calibración de Turbidez 200 FNU (230 mL) – HI9829-18

SKU: HI9829-18

RESUMEN



La HI9829-18 es una solución de calibración de turbidez de 200 FNU de primera calidad para uso con el sensor de turbidez HI7609829 en el medidor portátil HI9829 en aplicaciones de calidad del agua. Las soluciones de calibración de Hanna tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta y son herméticas con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución.

Solución de 200 unidades nefelométricas de formazina (FNU)

Sello a prueba de manipulaciones

Número de lote y fecha de vencimiento en cada botella

DESCRIPCIÓN

La HI9829-18 es una solución de calibración de turbidez de 200 FNU de primera calidad para uso con el sensor de turbidez HI7609829 en el medidor portátil HI9829 en aplicaciones de calidad del agua. Las soluciones de calibración de Hanna tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta y son herméticas con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución.

- Solución de 200 unidades nefelométricas de formazina (FNU)
- Sello a prueba de manipulaciones
- Número de lote y fecha de vencimiento en cada botella

ESPECIFICACIONES

Código	HI 9829-18
Nombre	Solución de Calibración de Turbidez 200 FNU
Presentación	Botella
Tamaño	230 mL

La HI9829-18 es una solución de calibración de turbidez de 200 FNU de primera calidad para uso con el sensor de turbidez HI7609829 en el medidor portátil HI9829 en aplicaciones de calidad del agua. Las soluciones de calibración de Hanna tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta y son herméticas con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución.