

Estándar de Calibración de 0.0 EBC para Medidor de Turbidez EBC – HI93124-0

SKU: HI 93124-0

RESUMEN

El Estándar de Calibración de 0.0 EBC para Medidor de Turbidez EBC, HI93124-0, proporciona una solución simple para calibrar y validar el medidor de turbidez [HI93124](#) que tiene un rango de 0 a 10.00 y 10 a 250 EBC. Los estándares de calibración de turbidez de Hanna se preparan a partir de materiales de referencia estándar trazables del NIST y se suministran con un Certificado de Análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el medidor de turbidez apropiado.

Suministrado con Certificado de Análisis

Valor estándar de 0.0 EBC

Reutilizable con larga estabilidad de vida útil

DESCRIPCIÓN

Solución estándar de 0 EBC

ESPECIFICACIONES

estándar,Solución

ACCESORIOS

Solución estándar de 0 EBC

www.hannachile.com Descargado desde: <https://hannachile.com/producto/estndar-de-calibracin-de-0-0-ebc-para-medidor-de-turbidez-ebc-hi93124-0/>