

# Set de Verificación de Calibración para Checker® HC de Fosfato Rango Ultra Bajo – HI774-11

SKU: HI 774-11


---

## RESUMEN

---

El Set de Verificación de Calibración para Checker® HC de Fosfato Rango Ultra Bajo - HI774-11 proporciona una solución simple para validar el Checker® HC para Fosfato Rango Ultra Bajo - HI774 que tiene un rango de 0.00 a 0.90 ppm de fosfato. Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última tecnología y viene con un Certificado de Análisis. El Certificado de Análisis proporciona el

número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el Checker® HC.



**Suministrado con Certificado de Análisis**

**Reutilizable con larga estabilidad de vida útil**

## DESCRIPCIÓN

---

El set de verificación de calibración para Checker® HC de fosfato rango ultra bajo - **HI774-11** proporciona una solución simple para validar el Checker® HC para fosfato rango ultra bajo **HI774** que tiene un rango de 0.00 a 0.90 ppm de fosfato. Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última tecnología y viene con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el Checker® HC.

## ESPECIFICACIONES

---

<b>Certificado de Análisis</b>	Sí
<b>Envase</b>	Cubetas
<b>Cantidad de Análisis</b>	1 juego

## ACCESORIOS

---

El **HI774-11** es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar el Checker® HC para Fosfato rango ultra bajo **HI774**. El **HI774-11** incluye una cubeta sellada para cero ppm de fosfato y una cubeta con coloración equivalente a una concentración de un valor específico.

**-Reutilizable con larga estabilidad de vida útil.**

**-Se suministra con certificado de análisis:**

- Código de producto
- Número de lote
- Fecha de caducidad

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product Name: CALIBRATION CHECKING SET FOR HI 711

Product Code: HI 711-11

Lot number: SC0372/14

Expiration date: October 2017

Standard cuvette	Lot number	Standard Value @ 25°C (ppm)	Passed
A, HI 711-11	2038	1.00 ± 0.05	✓
B, HI 711-11	2039	0.95 ± 0.05	✓

Hanna Instruments certifies these standard values within stated tolerance limits as indicated. These should be used for quality control to validate instrument function on the specified Hanna instrument only. Store standards in the storage box upright at room temperature. Do not use standard cuvettes.

Instructions for use:

1. Thoroughly wipe standard cuvette with HI731318 HI33 cloth and only handle using top of cuvette. The cuvette wall must be dry and free of smudges.
2. At the C.1 prompt place A, HI 711-11 standard cuvette into the holder of the Checker and press operations button.
3. At the C.2 prompt place B, HI 711-11 standard cuvette in the holder and press the operations button.

Acceptable results must be between 0.95 and 1.05 ppm @ 25°C.

---

File number: CERT711-11\_SC0372/14

QA manager: Bogdan Munteanu

