

Estándares CAL Check de Amoníaco de Rango Bajo – HI97700-11

SKU: HI 97700-11

RESUMEN

Los estándares CAL Check ? de Amoníaco de Rango Bajo HI97700-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar el Fotómetro de Amoníaco de Rango Bajo HI97700. Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última generación y se suministra con un Certificado de Análisis. El Certificado de Análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad.

Suministrados con Certificado de Análisis

Valor estándar de 1.50 ± 0.01 mg/L de amoníaco (como $\text{NH}_3\text{-N}$) a 25 °C

Reutilizable con una larga vida útil

DESCRIPCIÓN

El HI97700-11 es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar el Fotómetro de Amoníaco de Rango Bajo HI97700. El HI97700-11 incluye una cubeta sellada "A" para poner a cero el medidor y una cubeta "B" que se utiliza para validar o calibrar. El valor estándar de la cubeta "B" es de 1.50 ± 0,01 mg/L (ppm) de nitrógeno amoniacal ($\text{NH}_3\text{-N}$). Una lectura aceptable al validar el HI96700 con los estándares es 1.50 ± 0,05 mg/L a 25 °C. El conjunto de calibración se produce en nuestras instalaciones de fabricación de última generación utilizando productos químicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

Estándares CAL Check ? con certificado

Los estándares CAL Check ? HI97700-11 se utilizan para la calibración y verificación del rendimiento de fotómetros con la función CAL Check. Suministrados con Certificado de Análisis

- Código de producto

- Número de lote
- Valor estándar a 25 °C
- Medidor de referencia trazable por NIST

Contenedores de almacenamiento proporcionados

- A prueba de luz
- Protegidos de roturas accidentales