

Estándares CAL Check™ de Manganeso de Rango Alto – HI97709-11

SKU: HI 97709-11

RESUMEN

Los Estándares CAL Check™ de Manganeso de Rango Alto HI97709-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil HI97709. Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última generación y se suministra con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el fotómetro de manganeso compatible.

- Suministrados con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 10.0 ± 0.5 mg/L de manganeso a 25 °C
- Reutilizable con una larga vida útil

DESCRIPCIÓN

El HI97709-11 es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar el Fotómetro Portátil de Manganeso de Rango Alto (HI97709) que tiene un rango de manganeso de 0.0 a 20.0 mg/L (ppm). El HI97709-11 incluye una cubeta sellada "A" para poner a cero el medidor y una cubeta "B" que se utiliza para validar o calibrar. La lectura esperada del estándar "B" es de 10.0 ± 0.5 mg/L de manganeso a 25 °C. El conjunto de calibración se produce en nuestras instalaciones de fabricación de última generación utilizando productos químicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

Suministrados con Certificado de Análisis

- Código de producto
- Número de lote
- Fecha de vencimiento
- Valor estándar a 25 °C
- Medidor de referencia trazable por NIST

Contenedores de almacenamiento proporcionados

- A prueba de luz
- Protegidos de roturas accidentales

La validación y calibración del rango de manganeso para el fotómetro portátil HI97709 es rápida y fácil con los Estándares CAL Check ? HI97709-11.