

Estándares CAL Check™ de Plata – HI97737-11

SKU: HI 97737-11

RESUMEN

Los Estándares CAL Check® de Plata HI97737-11 brindan una solución simple para calibrar y validar los fotómetros portátiles HI97737 compatibles. Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última generación y se suministra con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el fotómetro HI97737.

- Suministrados con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 0.500 ± 0.010 mg/L de plata a 25 C
- Reutilizable con una larga vida útil

DESCRIPCIÓN

HI97737-11 is a high quality set of calibration standards that allows users to validate and calibrate the silver range found in the compatible HI97737 portable photometer that has a 0.000 to 1.000 mg/L (ppm) silver range. The HI97737-11 includes one sealed A? cuvette for zeroing the meter and one B? cuvette that is used to validate or calibrate. The expected reading from the B? standard is 0.500 ±0.010 mg/L silver @ 25 C. El conjunto de calibración se produce en nuestras instalaciones de fabricación de última generación utilizando productos químicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

Suministrados con Certificado de Análisis

- Código de producto
- Número de lote
- Fecha de caducidad
- Valor estándar a 25C
- Medidor de referencia trazable al NIST

Contenedores de almacenamiento proporcionados

- A prueba de luz
- Protegidos de roturas accidentales

La validación y calibración del Fotómetro Portátil de Plata HI97737 es rápida y fácil con los Estándares CAL Check HI97737-11.