

Estándares CAL Check™ de Manganese de Rango Bajo – HI97748-11

SKU: HI 97748-11

RESUMEN

Los Estándares CAL Check™ de Manganese de Rango Bajo HI97748-11 proporcionan una solución simple para calibrar y validar fotómetros portátiles compatibles. Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última generación y se suministra con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar fotómetros de manganese compatibles.

- Suministrados con Certificado de Análisis
- Valor estándar de $150 \pm 10 \mu\text{g/L}$ de manganese a 25°C
- Reutilizable con una larga vida útil

DESCRIPCIÓN

El HI97748-11 es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar el rango de manganeso que se encuentra en fotómetros compatibles que tienen un rango de manganeso de 0 a 300 µg/L (ppb). El HI97748-11 incluye una cubeta sellada "A" para poner a cero el medidor y una cubeta "B" que se utiliza para validar o calibrar. La lectura esperada del estándar "B" es de 150 ± 10 µg/L de manganeso a 25 °C. El conjunto de calibración se produce en nuestras instalaciones de fabricación de última generación utilizando productos químicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

Suministrados con Certificado de Análisis

- Código de producto
- Número de lote
- Fecha de caducidad

Contenedores de almacenamiento proporcionados

- A prueba de luz
- Protegidos de roturas accidentales

Medidores compatibles

- HI97748
- HI97742

La validación y calibración del rango de manganeso para los fotómetros enumerados anteriormente es rápida y fácil con los Estándares CAL Check HI97748-11.