

Solución de Almacenamiento de Electrodo HI 70300-050 (500 mL)

SKU: HI 70300-050

RESUMEN

La HI70300L es una solución de almacenamiento preparada con productos químicos de grado reactivo que se pueden utilizar para garantizar un rendimiento óptimo de sus electrodos de pH y ORP. Es necesario almacenar un electrodo de pH en una solución para mantener hidratada la membrana de vidrio del electrodo de pH. Lo ideal sería utilizar una solución de almacenamiento. Nunca guarde un electrodo en agua destilada o desionizada. La solución de almacenamiento de Hanna Instruments está específicamente formulada para minimizar el crecimiento microbiano y evitar cualquier efecto de difusión / Osmótica al almacenar una sonda en una solución con el electrolito de referencia interno altamente concentrado. Almacenar sus electrodos de pH y / o ORP en una solución de almacenamiento también mantendrá limpia la unión. Mantener la capa hidratada y la unión limpia ayudará a garantizar una medición rápida y confiable. En el caso de limpiar su electrodo de pH en una de nuestras soluciones de limpieza, recomendamos remojar el electrodo en la solución de almacenamiento HI70300L durante al menos una hora antes de tomar medidas.

- Formulación especial para minimizar el crecimiento microbiano y los efectos osmóticos / de difusión entre la solución y el electrolito de referencia interno
- Fabricado específicamente para electrodos de pH y ORP
- Fecha de vencimiento y número de lote claramente marcados

DESCRIPCIÓN

La HI70300L es una solución que puede usarse para almacenar su electrodo de pH *. Para garantizar un tiempo de respuesta óptimo, la punta del sensor de vidrio y la unión de referencia del electrodo de pH deben mantenerse húmedas y no deben secarse cuando no están en uso. Colocar el electrodo en un vaso pequeño lleno de solución de almacenamiento o reemplazar la solución en la tapa protectora es una forma adecuada de almacenar el electrodo. La HI70300L también debe usarse para rehidratar el electrodo después de un procedimiento de limpieza remojándolo durante al menos una hora antes de tomar medidas.* Nunca almacene los electrodos de pH u ORP en agua destilada o desionizada. Hacerlo acortará la vida útil del sensor.?

Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones

- Garantiza la calidad y frescura de la solución.

Cada botella está marcada con número de lote y fecha de vencimiento.

- Las soluciones de almacenamiento de Hanna están especialmente formuladas para tener una caducidad de 5 años desde su fabricación para una botella sin abrir.