

# Reactivos Checker HC para Cloro Libre Línea Piscina (25 Pruebas)

SKU: HI 7014-25

---

## RESUMEN

---

Los Reactivos Checker HC (Colorímetro Portátil) para Cloro Libre Línea Piscina HI7014-25 son reactivos de alta calidad para usar con el Checker HC de Cloro Libre Línea Piscina HI7014. Se fabrican en nuestras instalaciones de última generación y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada paquete para su trazabilidad.

- Reactivos prefabricados para facilitar su uso
- Preparados con productos químicos de alta pureza
- Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

## DESCRIPCIÓN

---

Los **HI 7014-25** son reactivos de Cloro libre de alta calidad diseñados para trabajar en conjunto con el Checker **HI 7014** de la línea de piscinas. Estos se producen en nuestra fábrica especializada y están marcados con número de lote y fecha de expiración en cada paquete.

## ESPECIFICACIONES

---

Empaque	Paquetes
Cantidad	25 tests
Método	Adaptación del método USEPA 330.5 y el Standard Method 4500-Cl G.

## ACCESORIOS

---

Los **HI 7014-25** son reactivos para el análisis de cloro libre de alta calidad pre dosificados, permitiendo al usuario lecturas rápidas y precisas con un checker **HI 7014** de la línea de piscinas. Estos reactivos siguen el método DPD en donde su reacción con el cloro en la muestra causa una coloración rosa. Al añadir un paquete del reactivo **HI 7014-25** de Cloro libre a la muestra se dará la reacción y la concentración se determina por medio del colorímetro **HI 7014**. Los resultados se mostrarán en ppm (mg/L) de cloro libre. El **HI7014-25** están diseñados para las lecturas en piscinas, jacuzzis, o spas que esperan un rango de cloro libre entre 0.00 y 2.50.



## Certificate of Analysis

Product name: FREE CHLORINE REAGENT  
Product code: HI7014-0  
Lot number: H001  
Issuing date: 2020-12-09  
Expiration date: November 2022

Reference meter: Perkin Elmer reference s  
to NIST 930eS / N 2

Reference standards: Potassium p  
Methods for  
All Standard  
at 20°C usin  
balances pe  
glassware.

Uncertainty U: The uncer  
a cover?

Specifications:

Standard value	Target v
0.00 ppm	0.0
0.50 ppm	0.50±
2.00 ppm	2.00±

File number: CERT7014-0\_H001  
QA manager: Andreea Man

Hanna Instruments, Inc., 584 Park East Drive, Woonsocket, RI 02895, USA  
[www.hannainst.com](http://www.hannainst.com)

## CÓMO PEDIR

Reactivos de Cloro libre Checker HC línea de piscinas - HI 7014-25

