

HI93755-53 Reactivo Removedor de Cloro para HI775

SKU: HI 93755-53

RESUMEN

El HI93755-53 es un reactivo eliminador de cloro que se utiliza para eliminar la interferencia del cloro cuando se realiza una determinación colorimétrica de alcalinidad de agua dulce con el Colorímetro de Alcalinidad de Agua Dulce Checker® HC HI775. Estos reactivos de alta calidad están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada botella para su trazabilidad.

- Elimina la interferencia del cloro
- Reactivo prefabricado de alta calidad
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

DESCRIPCIÓN

Los HI93755 son reactivos para la determinación colorimétrica de alcalinidad usando un fotómetro compatible. Estos reactivos de alta calidad son producidos en nuestra fábrica especializada y están marcados tanto con el número de lote como con la fecha de caducidad para mejor trazabilidad.

- Reactivos prediseñados de fácil manejo

- Preparados con químicos de alta pureza
- Marcados con fecha de expiración y número de lote

ESPECIFICACIONES

Cantidad	Referencia
100 pruebas	HI93755-01
300 pruebas	HI93755-03

ACCESORIOS

- HI 83300 Fotómetro Multiparámetro de Sobremesa y Medidor de pH
- HI 83303 Fotómetro Multiparámetro para Acuicultura y Medidor de pH
- HI 83326 Fotómetro Multiparámetro para Piscinas y Spas con Medidor de pH
- HI 83399 Fotómetro Multiparámetro para Aguas y Aguas Residuales con Medidor de pH

CÓMO PEDIR

Los HI93755 son reactivos de alta calidad pre-mezclados, lo que permite al usuario alcanzar mediciones colorimétricas rápidas y precisas. Estos reactivos siguen un método en donde las reacciones entre la alcalinidad de la muestra de agua y los reactivos causan una coloración verde a ser producidas. Al añadir 1 mL del reactivo HI93755 a la muestra, la reacción se dará y podrá ser evaluada usando un fotómetro compatible al analizar el color producido. El resultado se mostrará en mg/L (ppm) de alcalinidad de carbonato de calcio. Los reactivos se diseñan para ser usados en muestras con un rango esperado de 500 mg/L de carbonato de calcio.