

# Estándar de Conductividad GroLine 1.413 $\mu\text{S} / \text{cm}$ con Certificado (Botella de 120 mL) – HI7031-012

SKU: HI 7031-012

## RESUMEN

HI7031-012 es un estándar de conductividad GroLine de 1.413  $\mu\text{S}/\text{cm}$  preparado frente a una solución de cloruro de potasio trazable por NIST y suministrado con un certificado de análisis. Las soluciones de conductividad de Hanna son herméticas con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. Cada botella está claramente marcada con el número de lote y la fecha de vencimiento. La línea de estándares de conductividad de Hanna está especialmente formulada para tener una validez de 5 años a partir de la fecha de fabricación para una botella sin abrir.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Gráfico de temperatura del valor real de  $\mu\text{S}/\text{cm}$  a varias temperaturas impreso en cada botella
- Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad

## DESCRIPCIÓN

GroLine 1,413 uS calibration solution, box, certificate of analysis, 120 ml

