

Solución Electrolítica KCl 3.5M + AgCl en Botella FDA (30 mL x 4) – HI8071

SKU: HI 8071



RESUMEN

La HI8071 es una solución de llenado de electrodos de pH y ORP que se suministra en botellas compatibles con la FDA. Cada botella contiene KCl 3.5M + AgCl que está específicamente hecha para electrodos de unión simple. El nivel de electrolito en los electrodos rellenables debe ser verificado antes de realizar cualquier medición. Si el nivel es bajo, rellene con la solución de electrolito adecuada para garantizar un rendimiento óptimo. Este simple mantenimiento ayuda a garantizar la presión adecuada en la cabeza para promover el flujo de electrolito de referencia en la muestra que se está midiendo.

- Solución de relleno para electrodos de pH y ORP de unión simple
- Convenientes botellas de 30 mL
- Botella claramente marcada con fecha de vencimiento y número de lote

DESCRIPCIÓN

El nivel de electrolitos en electrodos rellenables debe ser chequeado antes de realizar cualquier medida. Si el nivel es bajo, rellene con la solución apropiada de relleno para asegurar el rendimiento adecuado del electrodo.

Este simple mantenimiento ayuda a garantizar la precisión suficiente de la cabeza y promueve la eficiencia y precisión de sus electrodos rellenables.

Algunas soluciones de electrolitos también están disponibles en botellas compatibles con parámetros FDA

ESPECIFICACIONES

Descripción	solución electrolito, 3.5M KCl + AgCl
Paquete	(4) botellas FDA de 30 mL

ACCESORIOS

rellenables,precisión,electrodos,nivel,electrolitos,cabeza,mantenimiento,ayuda,promueve,garantizar,suficiente,

CÓMO PEDIR

El nivel de electrolitos en electrodos rellenables debe ser chequeado antes de realizar cualquier medida. Si el nivel es bajo, rellene con la solución apropiada de relleno para asegurar el rendimiento adecuado del electrodo. Este simple mantenimiento ayuda a garantizar la precisión suficiente de la cabeza y promueve la eficiencia y precisión de sus electrodos rellenables. Algunas soluciones de electrolitos también están disponibles en botellas compatibles con parámetros FDA