

Set de Verificación de Calibración para Checker® HC de Amoníaco de Rango Medio – HI715-11

SKU: HI 715-11



RESUMEN

El Set de Verificación de Calibración para Checker® HC de Amoníaco de Rango Medio - HI715-11 proporciona una solución simple para validar el Checker® HC de Amoníaco de Rango Medio - HI715 en el rango de 0.00 a 9.99 ppm (mg / L). Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última generación y se suministra con un Certificado de Análisis. El Certificado de Análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el Checker® HC.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 6.0 +/- 0.2 ppm de amoníaco a 25 C
- Reutilizable con una larga vida útil

DESCRIPCIÓN

El set de verificación de calibración Checker® HC de amoníaco rango medio **HI715-11** proporciona una solución simple para validar el Checker® HC amoníaco de rango medio **HI715** en el rango de 0.00 a 9.99 ppm (mg/L). Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última generación y se suministra con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el Checker® HC.

ESPECIFICACIONES

El **HI715-11** es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar el rango medio de amoníaco Checker® HC **HI715**. El **HI715-11** incluye una cubeta sellada para cero ppm de amoníaco y una cubeta teñida a una muestra de amoníaco equivalente a 6,0 +/- 0,2 ppm a 25 °C.

-Reutilizable con estabilidad de larga vida útil.

-Se suministra con certificado de análisis:

- Código de producto
- Numero de lote
- Fecha de caducidad

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product Name: CALIBRATION CHECKING SET FOR HI 711

Product Code: HI 711-11

Lot number: SC0372/14

Expiration date: October 2017

Standard cuvette	Lot number	Standard Value @ 25°C (ppm)	Passed
A, HI 711-11	2038	1.00 ± 0.05	✓
B, HI 711-11	2039	1.00 ± 0.05	✓

Hanna Instruments certifies these standards meet the stated tolerance limits as indicated. These should be used for quality control to validate instrument function on the specified Hanna instrument only. Store standards in the storage box upright at room temperature. Do not use standard cuvettes.

Instructions for use:

1. Thoroughly wipe standard cuvette with HI731318 lint free cloth and only handle using top of cuvette. The cuvette wall must be dry and free of smudges.
2. At the C.1 prompt place A, HI 711-11 standard cuvette into the holder of the Checker and press operations button.
3. At the C.2 prompt place B, HI 711-11 standard cuvette into the holder and press the operations button.

Acceptable results must be between 0.95 and 1.05 ppm @ 25°C.

File number: CERT711-11_SC0372/14

QA manager: Bogdan Munteanu

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bogdan', is written over the QA manager's name.