

Reactivos para Sílice de Rango Bajo (300 pruebas) – HI93705-03

SKU: HI 93705-03



RESUMEN

Los HI93705-01 son reactivos para la determinación colorimétrica de la sílice. Hay suficientes reactivos para 300 pruebas que se utilizan con los fotómetros portátiles y de mesa compatibles con Hanna. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada botella y sobre para la trazabilidad.

Reactivos prefabricados para facilitar el uso

Preparados con productos químicos de alta pureza

Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

DESCRIPCIÓN

Los HI93705 son reactivos colorimétricos para la determinación de sílice. Estos reactivos de alta calidad se desarrollan en nuestra fábrica especializada y están claramente marcadas con el número de lote y fecha de expiración para mayor trazabilidad.

- Reactivos prediseñados fáciles de usar
- Preparados con químicos de alta calidad
- Marcados con fecha de expiración y número de lote

ESPECIFICACIONES

Cantidad	Referencia
100 pruebas	HI93705-01
300 pruebas	HI93705-03

ACCESORIOS

- HI 83300 Fotómetro Multiparámetro de Sobremesa y Medidor de pH
- HI 83305 Fotómetro Multiparámetro para Torres de Enfriamiento y Calderas con Medidor de pH
- HI 83306 Fotómetro Multiparámetro para Análisis Ambiental y Medidor de pH
- HI 83308 Fotómetro Multiparámetro para Acondicionamiento de Agua y Medidor de pH
- HI 83399 Fotómetro Multiparámetro para Aguas y Aguas Residuales con Medidor de pH
- HI 97705 Fotómetro Multiparámetro para sílice
- HI 96705 Fotómetro Portátil de Sílice

CÓMO PEDIR

Los HI93705 son reactivos pre-dosificados de alta calidad que permiten al usuario realizar mediciones colorimétricas rápidas y precisas. Estas utilizan el método heteropoly azul ASTM D859 en donde la reacción con el sílice causa una coloración azul. Al añadir 6 gotas de la botella del HI93705A seguido por la adición de dos paquetes permitirá leer la concentración de sílice en uno de nuestros fotómetros compatibles. Los resultados se muestran en pantalla como mg/L o ppm de sílice. Estos reactivos están diseñados para un rango esperado de entre 0.00 a 2.00 mg/L.