

Reactivos de Reemplazo del Kit de Pruebas para Cloro Libre Rango Bajo y Medio (200 Pruebas) – HI38018-200

SKU: HI 38018-200



RESUMEN

El HI38018-200 es un reactivo de reemplazo para la determinación colorimétrica de cloro libre con el Kit de Pruebas para Cloro Libre de Rango Bajo y Medio HI38018. Hay suficientes reactivos para 200 pruebas para utilizarse con el kit de pruebas de Hanna. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada sobre para la trazabilidad.

Reactivos prefabricados para facilitar el uso

Preparados con productos químicos de alta pureza

Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

DESCRIPCIÓN

Los HI38018-200 son reactivos de alta calidad preparados previamente, lo que permite a los usuarios lograr mediciones de cloro libre rápidas y precisas con el kit de pruebas químicas. Estos reactivos siguen el método DPD (N, N-dietil-p-fenilendiamina) para determinar la concentración de cloro libre.

Para la determinación del cloro libre, se agrega el reactivo en polvo DPD a una muestra que contiene cloro. La reacción entre el cloro y el reactivo hace que se forme un complejo de color rosa. Cuanto mayor es la concentración, más profundo es el color. Se incluye un disco Checker para un análisis visual preciso, lado a lado, para determinar la concentración de cloro libre. Estos reactivos están diseñados para ser utilizados con muestras de rango bajo que tienen un rango esperado de cloro libre de 0.00 a 0.70 mg/L (ppm) Cl₂ y muestras de rango medio que tienen un rango esperado de cloro libre de 0.0 a 3.5 mg/L (ppm) Cl₂.

ESPECIFICACIONES

Peso	0,26 kg
Marca	BeerLine
Brand	BeerLine