

Estándares de Calibración de Turbiedad – HI88713-11

SKU: HI 88713-11



RESUMEN

Los Estándares de Calibración de Turbiedad HI88713-11 brindan una solución simple para calibrar y validar medidores de turbiedad que tienen un rango de 0 a 1000 FNU y un rango de 0.00 a 4000 NTU. Los estándares de calibración de turbiedad de Hanna se preparan con materiales de referencia estándar trazables de NIST y se suministran con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el medidor de turbiedad.

Suministrados con certificado de análisis

Valor Estándar de <0.10, 15, 100, 750 FNU, y 2000 NTU

Reutilizable con larga estabilidad de vida útil

DESCRIPCIÓN

El medidor de turbidez nefelométrico está diseñado para ser estandarizado rutinariamente con un estándar conocido de dispersión de luz. Al igual que con todos los estándares analíticos o materiales de referencia, un estándar de turbidez debería ser capaz de proporcionar trazabilidad, demostrar la precisión de los resultados, calibrar el equipo y la metodología, monitorear el desempeño del usuario, validar pruebas y facilitar la comparabilidad. La estandarización garantiza que cuando se hayan seguido los procedimientos correctos, el mismo análisis de los mismos materiales producirá resultados que concuerden entre sí cada vez que se realizan. Los estándares de turbidez de Hanna se preparan a partir de materiales AMCO AEPA-1 que son conocidos por ser altamente estables y confiables para la estandarización. Los estándares de turbidez AMCO APEA-1 son una suspensión estabilizada de micropartículas de copolímero de divinilbenceno de estireno reticulado en agua ultrapura. Estas perlas son químicamente inertes y mantienen su equilibrio químico en un medio acuoso independientemente de la concentración. El tamaño de partícula, la forma uniforme y el índice de refracción hacen que estas esferas sean ideales para caracterizar la absorción de luz y la dispersión para un comportamiento de 90° en el rango UV-VIS. Además, la forma esférica y el tamaño del cordón ayudan a prevenir la acumulación o precipitación del estándar. Por estas razones, los estándares AMCO AEPA-1 son muy estables. Estos estándares se preparan y embottellan en una sala limpia. Se prueban y se validan para la precisión y la estabilidad, y se certifican como libres de sustancias químicas o compuestos tóxicos. Todos los estándares preparados se comparan con soluciones estándar de turbidez de formazina. Los valores obtenidos y la fecha de análisis se informan en el certificado de análisis suministrado. El HI88713-11 es un conjunto de estándares de calibración de turbiedad de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar medidores de turbiedad que tienen un rango de 0 a 1000 FNU y un rango de 0.00 a 4000 NTU. El conjunto HI88713-11 incluye cinco cubetas con lecturas esperadas de <0.10, 15, 100, 750 FNU y 2000 NTU.

Suministrados con Certificado de Análisis

- Número de lote
- Fecha de vencimiento
- Valor estándar
- Equipo de referencia trazable del NIST

Proporcionados en contenedores de almacenamiento

- A prueba de luz
- Protegidos contra roturas accidentales

Los estándares de calibración de turbiedad HI88713-11 se usan con el medidor de turbiedad HI88713.

ESPECIFICACIONES

Peso	0,43 kg
Marca	BeerLine, WineLine

Brand	BeerLine, WineLine
-------	--------------------

1 agosto, 2026 - Hanna Chile