

Estándar de Glicerol (30 mL x 4) para Fotómetros de Miel y Jarabe de Arce – HI93703-57

SKU: HI 93703-57



RESUMEN

El HI93703-57 es un estándar de referencia de glicerol de grado reactivo que se utiliza en la calibración del Analizador de Color de Miel HI96785 y del Fotómetro de Jarabe de Arce HI96759. El glicerol se usa para calibrar los fotómetros al 100% de transmitancia. Luego se analiza una muestra de miel o jarabe de arce para determinar la cantidad de luz, a una longitud de onda específica, que se puede transmitir en relación con el estándar de glicerol. El % de transmitancia se usa para clasificar el producto apropiado. Para la miel, los resultados se expresan como pfund mm, mientras que para el jarabe de arce se utiliza el % de transmitancia. El HI93703-57 viene con 4 botellas que contienen 30 mL de glicerol.

- Botellas convenientes
- Sellado para garantizar la frescura
- Fecha de vencimiento en la etiqueta

DESCRIPCIÓN

Glicerol, 30 mL (4)

ESPECIFICACIONES

Glicerol

ACCESORIOS

Glicerol, 30 mL (4)