


Solución de Calibración de Turbiedad 0 FNU (230 mL) – HI9829-16

SKU: HI9829-16





La HI9829-16 es una solución de calibración de turbidez de 0 FNU para ser utilizada con el sensor de turbidez HI7609829 en el medidor portátil HI9829 en aplicaciones de calidad del agua. Las soluciones de calibración de Hanna tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta y son herméticas con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución.

Solución de 0 unidades nefelométricas de formazina (FNU)

Sello a prueba de manipulaciones

Número de lote y fecha de vencimiento en cada botella

DESCRIPCIÓN

HI9829-16 es una solución de calibración de turbidez de 0 FNU de calidad superior para la calibración del sensor de turbidez HI7609829 en el medidor multiparamétrico portátil HI9829 en aplicaciones de calidad del agua. Las soluciones de calibración de Hanna tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta y son herméticas con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución.

- La solución es 0 unidades nefelométricas de formazina (FNU)
- Sello a prueba de manipulaciones
- Número de lote y fecha de caducidad en cada sobre.

ESPECIFICACIONES

HI9829-16 es una solución de calibración de turbidez de 0 FNU de calidad superior para la calibración del sensor de turbidez HI7609829 en el medidor multiparamétrico portátil HI9829 en aplicaciones de calidad del agua. Las soluciones de calibración de Hanna tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta y son herméticas con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución.