

Estándar de Calibración de 2.5 EBC para Medidor de Turbidez EBC – HI93124-1

SKU: HI 93124-1



RESUMEN

El Estándar de Calibración de 2.5 EBC para Medidor de Turbidez EBC, HI93124-1, proporciona una solución simple para calibrar y validar el medidor de turbidez [HI93124](#) que tiene un rango de 0 a 10.00 y 10 a 250 EBC. Los estándares de calibración de turbidez de Hanna se preparan a partir de materiales de referencia estándar trazables del NIST y se suministran con un Certificado de Análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el medidor de turbidez apropiado.

Suministrado con Certificado de Análisis

Estándar de turbidez primaria AMCO AEPA-1

Reutilizable con larga estabilidad de vida útil

DESCRIPCIÓN

Solución estándar de 2.5 EBC

ESPECIFICACIONES

estándar,Solución

Solución estándar de 2.5 EBC

1 agosto, 2026 - Hanna Chile