

Estándar de Calibración de Turbiedad 500 FTU – HI93703-05

SKU: HI 93703-05



RESUMEN

Los estándares de calibración de turbidez de 500 FTU HI93703-05 brindan una solución simple para calibrar y validar el Medidor de Turbidez [HI93703](#) que tiene un rango de 0 a 1000 FTU. Los estándares de calibración de turbidez de Hanna se preparan a partir de Materiales de Referencia Estándar trazables de NIST y se suministran con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el medidor de turbidez.

Suministrado con certificado de análisis

Estándar de turbidez primaria AMCO AEPA-1

Reutilizable con larga estabilidad de vida útil

DESCRIPCIÓN

Solución de calibración AMCO-AEPA- 1 de 500 FTU

ESPECIFICACIONES

AMCO-AEPA-;calibración,Solución

Solución de calibración AMCO-AEPA- 1 de 500 FTU

1 agosto, 2026 - Hanna Chile