

Estándar de Calibración de Turbidez 0 NTU – HI93102-0

SKU: HI 93102-0



RESUMEN

Los Estándares de Calibración de Turbidez de 0 NTU, HI93102-0, proporcionan una solución simple para calibrar y validar el medidor de turbidez [HI93102](#) que tiene un rango de 0.00 a 50.0 NTU. Los estándares de calibración de turbidez de Hanna se preparan a partir de materiales de referencia estándar trazables del NIST y se suministran con un Certificado de Análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el medidor de turbidez apropiado.

Suministrado con Certificado de Análisis

Estándar de turbidez primaria AMCO AEPA-1

Reutilizable con larga estabilidad de vida útil

DESCRIPCIÓN

Solución de calibración AMCO-AEPA-1 de 0 NTUz

ESPECIFICACIONES

NTUz,AMCO-AEPA-,calibración,Solución

Solución de calibración AMCO-AEPA-1 de 0 NTUz

1 agosto, 2026 - Hanna Chile