

Llave de Verificación de Calibración a 158°F (Sondas HI765) – HI765158F

SKU: HI 765158F



RESUMEN

La HI765158F es una llave de verificación de calibración para termómetros de termistor que utilizan la serie de sondas HI765. Diseñada para simular 158°C (? 0.8°F), esta llave ofrece una forma rápida y sencilla de comprobar la precisión de su instrumento.

- Valor Nominal de Llave de 158°F
- Verificación Simple y Rápida
- Para Termistores con Sondas HI765

DESCRIPCIÓN

Llave de prueba para termómetros que usan sondas HI 765.

Para medidas que sean confiables, los termómetros deben de ser calibrados periódicamente.

Las llaves de prueba HANNA ofrecen una forma rápida y simple de revisar la precisión de sus instrumentos.

Conecte la llave a la entrada de la sonda. Si la lectura en la pantalla difiere más que 0.4°C (0.8°F) del índice del valor de la llave, su termómetro debe ser recalibrado en nuestro centro técnico de servicio.

Para verificación periódica de la calibración de su termómetro, es recomendable revisar por lo menos dos puntos. Escoja las llaves de prueba con los valores nominales más cerca a la temperatura usualmente medida.

ESPECIFICACIONES

prueba,llave,llaves,revisar,Para,termómetro,termómetros,servicio,técnico,valor,nuestro,verificación,índice,recalibrado,debe,centro,nominales,valores,cerca,tem

ACCESORIOS

Llave de prueba para termómetros que usan sondas HI 765. Para medidas que sean confiables, los termómetros deben de ser calibrados periódicamente. Las llaves de prueba HANNA ofrecen una forma rápida y simple de revisar la precisión de sus instrumentos. Conecte la llave a la entrada de la sonda. Si la lectura en la pantalla difiere más que 0.4°C (0.8°F) del índice del valor de la llave, su termómetro debe ser recalibrado en nuestro centro técnico de servicio. Para verificación periódica de la calibración de su termómetro, es recomendable revisar por lo menos dos puntos. Escoja las llaves de prueba con los valores nominales más cerca a la temperatura usualmente medida.