

Kit Químico de Pruebas de Acidez – HI3820

SKU: HI 3820

RESUMEN

El HI3820 es un kit químico de pruebas que mide la acidez por titulación con hidróxido de sodio. El HI3820 se suministra completo con todos los reactivos y accesorios necesarios para realizar 110 pruebas.

- Reactivos prefabricados para facilitar el uso
- Todos los reactivos marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad
- Titulación manual con indicador de fenolftaleína o azul de bromofenol

DESCRIPCIÓN

El HI3820 es un kit de análisis químico que mide la acidez mediante titulación con hidróxido de sodio. El HI3820 se suministra completo con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar 110 análisis.

- Reactivos preparados previamente para facilitar su uso.
- Todos los reactivos están marcados con fecha de caducidad y número de lote para trazabilidad.
- Titulación manual con indicador de fenolftaleína o azul de bromofenol

El HI3820 es un kit de prueba química basado en titulación que determina la concentración de acidez en dos rangos: de 0 a 100 mg/L y de 0 a 500 mg/L de CaCO3. El HI3820 se suministra con todos los reactivos y equipos necesarios para realizar el análisis. El kit de prueba contiene reactivos suficientes para realizar aproximadamente 110 pruebas.

ESPECIFICACIONES

Nombre de la especificación	Detalle
Código SKU	HI3820
Tipo	valoración
Incremento más pequeño	1 mg/L (ppm) 5 mg/L (ppm)
Método	naranja de metilo/fenolftaleína
Número de pruebas	110 promedio.
Información de pedidos	El kit de prueba HI3820 incluye 10 ml de reactivo decolorante, 10 ml d de fenolftaleína, 120 ml de titulador de acidez, recipiente calibrado d calibrada con punta.
Reactivo	HI3820-100
Rango de acidez	0-100 mg/L (ppm) 0-500 mg/L (ppm)

ACCESORIOS

- HI 3820-100 Reactivo de repuesto para 100 pruebas

- El kit de pruebas **HI 3820** viene con reactivo decolorador de 10 mL, indicador azul de bromoferol, indicador de fenoltaleína, titulador de acidez, vaso calibrado de 10 mL, vaso calibrado de 50 mL, y jeringa calibrada.