

Set de Verificación de Calibración del Color del Agua para Checker[®] HC – HI727- 11

SKU: HI 727-11

RESUMEN

El Set de Verificación de Calibración del Color del Agua para Checker[®] HC - HI727-11 proporciona una solución simple para validar el Checker[®] HC para Color del Agua - HI727 que tiene un rango de 0 a 500 PCU. Este set de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última tecnología y viene con un Certificado de Análisis. El Certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al verificar el Checker[®] HC.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 150 +/- 15 PCU a 25 °C
- Reutilizable con larga vida útil

Fecha de vencimiento: marzo 2024

[Ver producto con mayor tiempo de vigencia AQUÍ](#)

DESCRIPCIÓN

El set de verificación de calibración del color del agua para Checker® HC **HI727-11** proporciona una solución simple para validar el Checker® HC para color del agua **HI727** que tiene un rango de 0 a 500 PCU. Este set de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última tecnología y viene con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al verificar el Checker® HC.

ESPECIFICACIONES

Certificado de análisis	Si
Envase	Cubetas
Cantidad de análisis	1 juego

ACCESORIOS

El **HI727-11** es un set de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar el Checker® HC para color del agua **HI727**. El **HI727-11** incluye una cubeta sellada para cero PCU y una cubeta con coloración equivalente a 150 +/- 15 PCU a 25°C.

-Reutilizable con larga vida útil.

-Se suministra con certificado de análisis:

- Código de producto
- Número de lote
- Fecha de caducidad

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product Name: CALIBRATION CHECKING SET FOR HI 711

Product Code: HI 711-11

Lot number: SC0372/14

Expiration date: October 2017

Standard cuvette	Lot number	Standard Value @ 25°C (ppm)	Passed
A, HI 711-11	2038	1.00	✓
B, HI 711-11	2039	1.00 ± 0.05	✓

Hanna Instruments certifies these standards meet the stated tolerance limits as indicated. These should be used for quality control to validate instrument function on the specified Hanna instruments only. Store standards in the storage box upright at room temperature. Do not use standard cuvettes.


Instructions for use:

1. Thoroughly wipe standard cuvette with HI731318 lint free cloth and only handle using top of cuvette. The cuvette wall must be dry and free of smudges.
2. At the C.1 prompt place A, HI 711-11 standard cuvette into the holder of the Checker and press operations button.
3. At the C.2 prompt place B, HI 711-11 standard cuvette into the holder and press the operations button.

Acceptable results must be between 0.95 and 1.05 ppm @ 25°C.

File number: CERT711-11_SC0372/14

QA manager: Bogdan Munteanu



CÓMO PEDIR

Set, de, verificación, de, calibración, Checker® HC, color, del, agua, HI727-11, HI 727-11, 727-11,

