

Estándares CAL Check™ de Nitrato – HI97728-11

SKU: HI 97728-11



RESUMEN

Los Estándares CAL Check® de Nitrato HI97728-11 brindan una solución simple para calibrar y validar el Fotómetro portátil de Nitrato HI97728 que tiene un rango de 0.0 a 30.0 mg/L (ppm) de nitrato-nitrógeno. Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última generación y se suministra con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el fotómetro HI97728.

- Suministrados con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 15 ±0.050 mg/L (ppm) de nitrato-nitrógeno a 25 C
- Reutilizable con una larga vida útil

DESCRIPCIÓN

Los estándares [HI97728-11 Nitrate CAL Check™](#) brindan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil de nitrato [HI97728](#) que tiene un rango de **0.0 a 30.0 mg/L (ppm)** de nitrato-nitrógeno. Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última generación y se suministra con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el fotómetro [HI97728](#).

- Suministrado con certificado de análisis.
- Valor estándar de 15 ±0,050 mg/L (ppm) nitrato-nitrógeno @ 25 °C
- Reutilizable con estabilidad de larga vida útil.

ESPECIFICACIONES

Nombre del producto	Nitrato CAL Verifique los estándares para HI97728
Mensaje de estado de existencias	Envíos dentro de 5-6 semanas
Cotización requerida	No
Paquete	Normas selladas
Cantidad	1 juego

ACCESORIOS

HI97728-11 es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar el fotómetro de nitrato [HI97728](#) que tiene un rango de nitrato-nitrógeno de **0,0 a 30,0 mg/L (ppm)**. El **HI97728-11** incluye una cubeta "A" sellada para poner a cero el medidor y una cubeta "B" que se usa para validar o calibrar. La lectura esperada del estándar "B" es **15,0 ±1,0 mg/L** de nitrato-nitrógeno a **25 ° C**. El conjunto de calibración se produce en nuestras instalaciones de fabricación de última generación utilizando productos químicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

Suministrado con Certificado de Análisis

- Código de producto.
- Número de lote.
- Fecha de caducidad.
- Valor estándar @ 25°C
- Medidor de referencia rastreable por NIST.

Contenedores de almacenamiento provistos

- Luz hermética.
- Protege de roturas accidentales.

CÓMO PEDIR

estandares, verificación, nitrato, HI97728, HI 97728, 97728, HI 97728- 11