

Reactivos Checker HC para Cloro Libre Línea Piscina (25 Pruebas)

SKU: HI 7014-25



RESUMEN

Los Reactivos Checker HC (Colorímetro Portátil) para Cloro Libre Línea Piscina HI7014-25 son reactivos de alta calidad para usar con el Checker HC de Cloro Libre Línea Piscina HI7014. Se fabrican en nuestras instalaciones de última generación y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada paquete para su trazabilidad.

- Reactivos prefabricados para facilitar su uso
- Preparados con productos químicos de alta pureza
- Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

DESCRIPCIÓN

Los **HI 7014-25** son reactivos de Cloro libre de alta calidad diseñados para trabajar en conjunto con el Checker **HI 7014** de la línea de piscinas. Estos se producen en nuestra fábrica especializada y están marcados con número de lote y fecha de expiración en cada paquete.

ESPECIFICACIONES

Empaque	Paquetes
Cantidad	25 tests
Método	Adaptación del método USEPA 330.5 y el Standard Method 4500-Cl G.

ACCESORIOS

Los **HI 7014-25** son reactivos para el análisis de cloro libre de alta calidad pre dosificados, permitiendo al usuario lecturas rápidas y precisas con un checker **HI 7014** de la línea de piscinas. Estos reactivos siguen el método DPD en donde su reacción con el cloro en la muestra causa una coloración rosa. Al añadir un paquete del reactivo **HI 7014-25** de Cloro libre a la muestra se dará la reacción y la concentración se determina por medio del colorímetro **HI 7014**. Los resultados se mostrarán en ppm (mg/L) de cloro libre. El **HI7014-25** están diseñados para las lecturas en piscinas, jacuzzis, o spas que esperan un rango de cloro libre entre 0.00 y 2.50.

Certificate of Analysis

Product name: FREE CHLORINE REAGENT
Product code: HI7014-0
Lot number: H001
Issuing date: 2020-12-09
Expiration date: November 2022

Reference meter: Perkin Elmer reference spectrophotometer
Reference standards: Potassium dichromate
Methods for All Standard at 20°C using balances and glassware.
Certified values are traceable to NIST 930e S / N 2

Uncertainty U: The uncertainty is a covered

Specifications:

Standard value	Target value
0.00 ppm	0.00
0.50 ppm	0.50
2.00 ppm	2.00 ± 0.05

File number: CERT7014-0 _ H001
QA manager: Andreea Man



CÓMO PEDIR

Reactivos de Cloro libre Checker HC línea de piscinas - HI 7014-25

