

Viales de Reactivo de DQO Rango Ultra Alto, Método EPA (25 pruebas) – HI93754J-25

SKU: HI 93754J-25



RESUMEN

Los HI93754J-25 son viales de reactivos que siguen el método aprobado por la EPA para la determinación de la demanda química de oxígeno (DQO) de rango ultra alto utilizando un fotómetro de mesa compatible. Estos reactivos de alta calidad están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada caja para su trazabilidad.

- Reactivos predosificados para facilitar su uso
- Viales con código de barras
- Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad

DESCRIPCIÓN

Tres rangos de medición para satisfacer cada necesidad.

Como los niveles de DQO varían dependiendo de la aplicación y puntos de proceso de medición, HANNA ofrece reactivos para cubrir tres rangos separados.

Basta con elegir la mejor escala para la aplicación:

- de bajo rango: 0 a 150 mg / L de O₂
- de mediano rango: de 0 a 1500 mg / L o de 0 a 1000 mg / L de -O₂
- de alto rango: 0 a 15000 mg / L de O₂

- Mediciones precisas y repetibles.

Los reactivos HANNA DQO han sido elaborados de conformidad con la Norma de los Métodos 5220D, la USEPA 410.4 e ISO 5705:2002.

- Viales Pre-dosificados.

El viales HANNA contienen aprox. 3 mL de pre-dosificado reactivo. El operador sólo tiene que añadir una pequeña cantidad de la muestra 2 ml para BR y MR, y 0,2 mL para el análisis.

- Mediciones rápidas y precisas

Con viales pre-dosificados, el tiempo de preparación de la prueba se reduce drásticamente. No existe un procedimiento de preparación del reactivo o limpieza de la cristalería.

- Reactivos seguros.

Los reactivos HANNA DQO son seguros para los operadores y el medio ambiente. Los viales y las tapas se han diseñado para evitar derrames accidentales de reactivos. Debido a los reactivos predosificados la cantidad de químicos se reduce al mínimo.

ESPECIFICACIONES

CODIGO	DESCRIPCION	METODO	Rango
HI 93754A-25	bajo rango	EPA*	0-a-150 mg/L (ppm)
HI 93754B-25	medio rango	EPA*	0-a-1500 mg/L (ppm)
HI 93754C-25	alto rango	EPA*	0-a-15000 mg/L (ppm)

HI 93754D-25	bajo rango	Libre de mercurio***	0-a-150 mg/L (ppm)
HI 93754E-25	medio rango	Libre de mercurio***	*0-a-1500 mg/L (ppm)
HI 93754F-25	bajo rango	ISO 15705**	0-a-150 mg/L (ppm)
HI 93754G-25	medio rango	ISO 15705**	0-a-1000 mg/L (ppm)
HI 93754H-25	bajo rango	-	0-a-150 mg/L (ppm)

ACCESORIOS

para,reactivos,HANNA,viales,rango,cantidad,seguros,reduce,preparación,medición,Mediciones,reactivo,aplicación,rangos,precisas,prueba,rápidas,muestra,pe
dosificados,drásticamente,tiempo,químicos,ambiente,medio,predosificados,tapas,

CÓMO PEDIR

Tres rangos de medición para satisfacer cada necesidad. Como los niveles de DQO varían dependiendo de la aplicación y puntos de proceso de medición, HANNA ofrece reactivos para cubrir tres rangos separados. Basta con elegir la mejor escala para la aplicación: - de bajo rango: 0 a 150 mg / L de O2 - de mediano rango: de 0 a 1500 mg / L o de 0 a 1000 mg / L de -O2 - de alto rango: 0 a 15000 mg / L de O2 Mediciones precisas y repetibles. Los reactivos HANNA DQO han sido elaborados de conformidad con la Norma de los Métodos 5220D, la USEPA 410.4 e ISO 5705:2002. Viales Pre-dosificados. El viales HANNA contienen aprox. 3 mL de pre-dosificado reactivo. El operador sólo tiene que añadir una pequeña cantidad de la muestra 2 ml para BR y MR, y 0,2 mL para el análisis. Mediciones rápidas y precisas Con viales pre-dosificados, el tiempo de preparación de la prueba se reduce drásticamente. No existe un procedimiento de preparación del reactivo o limpieza de la cristalería. Reactivos seguros. Los reactivos HANNA DQO son seguros para los operadores y el medio ambiente. Los viales y las tapas se han diseñado para evitar derrames accidentales de reactivos. Debido a los reactivos predosificados la cantidad de químicos se reduce al mínimo.