

Set de comprobación de calibración Pool Line pH Checker® HC – HI779-11

SKU: HI 779-11



RESUMEN

El juego de calibración HI779-11 Pool Line Swimming Pool pH Checker® HC ofrece una solución sencilla para validar el rendimiento del HI779 Pool Line Swimming Pool pH Checker HC (colorímetro portátil). Este juego de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última generación y se suministra con un Certificado de Análisis. El Certificado de Análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para proporcionar trazabilidad al certificar el Checker HC.

- Valor estándar preteñido
- Se suministra con certificado de análisis
- Reutilizable con un largo periodo de conservación

DESCRIPCIÓN

El Set de verificación de la línea piscinas Checker **HI779-11** entrega una solución simple para la evaluación de desempeño del colorímetro de bolsillo **HI779**. Este set de estándares de alta calidad se desarrolló en nuestra fábrica especializada y cuenta con certificado de análisis. El certificado de análisis brinda información del número de lote, valores de referencia y fechas de vencimiento para la trazabilidad en las verificaciones del Checker HC.

ESPECIFICACIONES

Certificado de análisis	Si
Empaque	Cubetas
Cantidad	1 set

ACCESORIOS

El **HI 779-11** se entrega junto a las cubetas certificadas de pH A – **HI779-11A** (1), cubetas certificadas de pH B – **HI 779-11B** (1), certificado de análisis, y manual de instrucciones.

CÓMO PEDIR

Los estándares **HI779-11** son un set de alta calidad que permite a los usuarios validar el desempeño de los checkers de pH de la línea de piscinas **HI779**. El **HI779-11** incluye una cubeta cero sellada (muestra sin reaccionar conocida como blanco) y una cubeta teñida con el valor estándar.

-Estándares prefabricados de pH con valor 8.0 pH +/- 0.1 pH @ 25°C.

-Reutilizables y con amplia vida útil.

-Se entrega junto al certificado de análisis:

- Código de producto
- Número de lote
- Fecha de vencimiento

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product Name: CALIBRATION CHECKING SET FOR HI 711

Product Code: HI 711-11

Lot number: SC0372/14

Expiration date: October 2017

Standard cuvette	Lot number	Standard Value @ 25°C (ppm)	Passed
A, HI 711-11	2038	1.00	✓
B, HI 711-11	2039	1.00 ± 0.05	✓

Hanna Instruments certifies these standards meet the stated tolerance limits as indicated. These should be used for quality control to validate instrument function on the specified Hanna instruments only. Store standards in the storage box upright at room temperature. Do not use standard cuvettes.

Instructions for use:

1. Thoroughly wipe standard cuvette with HI731318 lint free cloth and only handle using top of cuvette. The cuvette wall must be dry and free of smudges.
2. At the C.1 prompt place A, HI 711-11 standard cuvette into the holder of the Checker and press operations button.
3. At the C.2 prompt place B, HI 711-11 standard cuvette into the holder and press the operations button.

Acceptable results must be between 0.95 and 1.05 ppm @ 25°C.

File number: CERT711-11_SC0372/14

QA manager: Bogdan Munteanu

