

Sobres de Solución de Calibración Milésima pH 1.000 (25 x 20 mL) – HI60001-02

SKU: HI 60001-02

RESUMEN

La HI60001-02 es una solución de calibración milésima pH 1.000 de calidad superior que es trazable por NIST y se suministra con un Certificado de Análisis. Las soluciones de calibración milésima están diseñadas para clientes que requieren una resolución de 0.001 para las mediciones de pH. Cada sobre tiene el número de lote y la fecha de vencimiento impresos y está hecho con una lámina a prueba de luz que garantiza frescura cada vez que se abre un sobre. La línea de soluciones de calibración milésima de Hanna ha sido especialmente formulada para tener una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación para un sobre sin abrir. La HI60001-02 viene con 25 sobres que contienen 20 mL de solución.

- Suministrada con Certificado de Análisis
- Precisión de ± 0.002 pH a 25°C
- Tabla de temperatura del valor de pH real a diversas temperaturas impresa en cada sobre

DESCRIPCIÓN

La HI60001-02 es una solución de calibración técnica de pH 1.000 de calidad superior producida según la norma ISO 3696 / BS3978 que utiliza sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas con control de peso y cristalería de clase A en un entorno de temperatura controlada supervisado con termómetros certificados. Los valores informados son precisos a ± 0.002 pH a 25°C y son trazables a los Materiales de Referencia Estándar (SRMs) del NIST.

La HI60001-02 se suministra con Certificado de Análisis

- Código de producto
- Número de lote
- Valor promedio del lote
- SRMs que fueron utilizados
- Fecha de fabricación
- Fecha de vencimiento

Etiqueta codificada por colores para una fácil identificación del valor del estándar de pH

- Fácil de identificar diferentes valores de estándar
- La solución no contiene colorantes que puedan manchar la celda de referencia de un electrodo de pH