

Solución de Calibración pH 6.86 (500 mL) – HI7006L/C

SKU: HI 7006L/C


RESUMEN

La HI7006L/C es una solución de calibración de pH 6.86 de calidad superior que es trazable por NIST y se suministra con un Certificado de Análisis. Los estándares de calibración de Hanna tienen el número de lote y la fecha de caducidad claramente marcados en la etiqueta y son herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. La línea de estándares de calibración de Hanna ha sido especialmente formulada para tener un vencimiento de 5 años a partir de la fecha de fabricación para una botella sin abrir.

- Suministrada con Certificado de Análisis
- Precisión de ± 0.01 pH @ 25 °C
- Tabla de temperatura del valor de pH real a diversas temperaturas impresa en cada botella

DESCRIPCIÓN

La HI7006L/C es una solución de calibración de pH 6.86 de calidad superior producida de acuerdo con los estándares ISO 3696/BS3978 usando sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas certificadas con control de peso y material de vidrio clase A en un ambiente de temperatura controlada monitoreado con termómetros certificados. Los valores informados son precisos a ± 0.01 pH @ 25 °C y son trazables con Materiales de Referencia Estándar (SRMs) del NIST.



El HI7006L/C se suministra con Certificado de Análisis

- Código de producto
- Número de lote
- Valor promedio del lote

- SRMs que fueron usados
- Fecha de fabricación
- Fecha de caducidad

Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones

- Garantiza la calidad y la frescura de la solución

Etiqueta codificada por colores para una fácil identificación del valor del pH estándar

- Fácil de identificar diferentes valores de estándar
- La solución no contiene colorantes que puedan manchar la celda de referencia de un electrodo de pH

CARACTERÍSTICAS

ppm (mg/L), valor @ 25 °C	100 mg/L de fluoruro
Paquete	Frascos
Tamaño	500 mL
Cantidad	1
Certificado de análisis	Bajo pedido