

Solución de Calibración pH

7.01 500 mL – HI7007L

SKU: HI 7007L

RESUMEN

HI7007L es una solución de calibración de pH 7,01 de primera calidad. Los tampones de calibración de Hanna tienen el número de lote y la fecha de caducidad claramente marcados en la etiqueta y son herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. La línea de tampones de calibración de Hanna ha sido especialmente formulada para tener una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación para una botella sin abrir.

- Etiqueta codificada por colores para una fácil identificación del valor del tampón de pH
- Precisión de $\pm 0,01$ pH a 25 °C
- Gráfico de temperatura del valor de pH real a varias temperaturas impreso en cada botella.

DESCRIPCIÓN

HI7007L/ es una solución de calibración de pH 7.01 de calidad superior que es trazable por NIST. Los estándares de calibración Hanna tienen el número de lote y la fecha de caducidad claramente marcados en la etiqueta, y son herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. La línea de estándares de calibración de Hanna ha sido especialmente formulada para tener una caducidad de 5 años desde la fecha de fabricación para una botella sin abrir.

Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones

- Garantiza la calidad y la pureza de la solución

Cada botella marcada con el número de lote y fecha de vencimiento

- La línea de estándares de calibración de Hanna ha sido especialmente formulada para tener una caducidad de 5 años desde la fecha de fabricación para una botella sin abrir

Etiqueta codificada por colores para una fácil identificación del valor del pH del tampón

- Fácil de identificar diferentes valores estándares
- La solución no contiene colorantes que puedan manchar la celda de referencia de un electrodo de pH

CARACTERÍSTICAS

Exactitud	Estándar ± 0.01 pH
Valor de pH @ 25°C	7.01
Paquete	Frasco
Tamaño	500 mL
Cantidad	1
Certificado de análisis	No