

Solución de calibración de pH

7.01 500 ml – HI7007L/C

SKU: HI 7007L/C

RESUMEN

Nuestra Solución de Calibración de pH 7.01 Hanna Instruments de primera calidad es trazable al NIST y suministrada con un Certificado de análisis. Los tampones de calibración de Hanna tienen el número de lote y la fecha de caducidad claramente marcados en la etiqueta y son herméticos con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución. La línea de tampones de calibración de Hanna ha sido especialmente formulada para tener una caducidad de 5 años a partir de la fecha de fabricación para una botella sin abrir.

Se Suministra Con Certificado De Análisis.

- Precisión de $\pm 0,01$ pH a 25 °C
- Gráfico de temperatura del valor de pH real a varias temperaturas impreso en cada botella.

DESCRIPCIÓN

Nuestra Solución de Calibración de pH 7.01 Hanna Instruments de primera calidad es producida de acuerdo con los estándares ISO 3696/BS3978 utilizando sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas con control de peso certificadas y cristalería Clase A en un ambiente de temperatura controlada monitoreado con termómetros certificados. Los valores informados tienen una precisión de $\pm 0,01$ pH a 25 °C y son trazables según los materiales de referencia estándar (SRM) del NIST.

Se Suministra Con Certificado De Análisis.

Certificate of Analysis

Method of standardization:
This quality product is standardized using a meter and a specially designed multi-reference probe. Hanna standards are prepared from high purity salts and Deionized water for analytical use. 03696/036978. Weighing balance periodically checked with certified weights and Class A glassware, in a temperature conditioned environment checked with certified thermometers. Reported values are traceable to NIST Standard Reference Materials [SRM]. The undersigned hereby certifies the following data to be true specifications of the obtained results of the standard analysis.

Product code: HI5007-G01 Mean net value: 7.00 ± 0.01 @ 25 °C Measurement unit: pH

Lot number: 6095 Expiry date: Mar 2018 Manufacturing date: 2013/05/16

SRM: 185h S.R.M and 186 -g / 186 -g SRM Ref. No: 16E31

Laboratory manager: Elena Lazăr Date of release: 2013/05/16

- Código de producto
- Número de lote
- Valor medio del lote
- SRM que se utilizaron
- Fecha de fabricación
- Fecha de caducidad

Botella Hermética Con Sello A Prueba De Manipulaciones.

- Garantiza la calidad y frescura de la solución.

Etiqueta Codificada Por Colores Para Una Fácil Identificación Del Valor Del Tampón De pH

- Fácil de identificar diferentes valores de buffer
- La solución no contiene colorantes que puedan manchar la celda de referencia de un electrodo de pH.

CARACTERÍSTICAS

SKU	HI7007L/C
Nombre	Solución de calibración de pH 7.01 (500 ml)
Descripción	tampón de calibración estándar
Certificado de análisis	Sí
Precisión del pH	±0,01 pH
Valor de pH @ 25°C	7.01
Paquete	botella
Cantidad	1
Tamaño	500ml