

Sobres de Solución de Calibración pH 9.18 (25 x 20 mL) – HI70009C

SKU: HI 70009C

RESUMEN

La HI70009C es una solución de calibración de pH 9.18 de calidad superior que es trazable por NIST y se suministra con un Certificado de Análisis. Cada sobre tiene el número de lote y la fecha de vencimiento impresos y está hecho de una lámina a prueba de luz que garantiza la frescura cada vez que se abre un sobre. La línea soluciones de calibración de Hanna ha sido especialmente formulada para que tenga un vencimiento de 5 años a partir de la fecha de fabricación para un sobre sin abrir. La HI70009C viene con 25 sobres que contienen 20 mL de solución.

- Suministrada con Certificado de Análisis
- Valor estándar de +/- 0.01 pH a 25C
- Tabla de temperatura del valor de pH real a diversas temperaturas impresa en cada sobre

DESCRIPCIÓN

Incremente la precisión de su medida, con la solución reguladora HANNA pH 8.20 y pH 8.30 pH. La etiqueta indica el código de lote, la fecha de expiración y la tabla de correlación entre el pH y la temperatura.

ESPECIFICACIONES

Valor pH @25°C	9.18
Tamaño	20 mL
Paquete	bolsitas (25)
Certificado de análisis	-

ACCESORIOS

lote,código,fecha,expiración,temperatura,entre,correlación,tabla,indica,etiqueta,medida,solución,reguladora,

CÓMO PEDIR

Incremente la precisión de su medida, con la solución reguladora HANNA pH 8.20 y pH 8.30 pH. La etiqueta indica el código de lote, la fecha de expiración y la tabla de correlación entre el pH y la temperatura.