

Reactivos de Cloro Total para Checker[®] – (25 Pruebas)

SKU: HI 711-25

RESUMEN

Los Reactivos de Cloro Total son los reactivos de reemplazo para el Checker[®] HC de Cloro Total HI711. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última generación y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada paquete para su trazabilidad.

- Reactivos prefabricados para facilitar su uso.
- Preparado con productos químicos de alta pureza.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.

DESCRIPCIÓN

Los **HI711-25** son los reactivos de reemplazo para el Checker[®] HC de Cloro Total **HI711**. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente identificados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada paquete.

ESPECIFICACIONES

Envase	Paquetes
Cantidad de análisis	25
Método	Adaptación del Método USEPA 330.5 y el Método Estándar 4500-Cl G. La reacción entre el cloro y los reactivos provoca un color rosado en la muestra.

ACCESORIOS

Reactivos y estándares

- **HI711 25** Reactivos para 25 pruebas (Cl₂Total)
- **HI711 11** Conjunto para verificación de calibración 0.00 y 1.00 ppm (Cl₂ Libre)

Accesorios

- **HI731318** Paño para limpieza de cubetas (4)
- **HI731321** Cubetas de vidrio (4)
- **HI731225** Tapas para cubetas(4)
- **HI93703 50** Solución limpiadora de cubetas, 230 ml

CÓMO PEDIR

Los **HI711-25** son reactivos de alta calidad que se miden previamente, lo que permite a los usuarios obtener mediciones rápidas y precisas con su Checker[®] HC de Cloro Total. Estos reactivos siguen el método DPD en el que la reacción entre el cloro y el reactivo provoca un color rosado en la muestra. Agregando el sobre de reactivo **HI711-25** a la muestra, la reacción tendrá lugar y el **HI711** determinará la concentración del color que se produce. Los resultados se mostrarán en ppm (mg/l) de cloro total. Estos reactivos están diseñados para ser utilizados con muestras que tienen un rango esperado de 0.00 a 3.50 ppm(mg/L) de cloro total.

-Reactivos preparados para facilitar el uso.

-Preparados con productos químicos de alta pureza.

-Marcados con fecha de vencimiento y número de lote.

www.hannachile.com Descargado desde: <https://hannachile.com/producto/reactivos-de-cloro-total/>