

Estándar de Verificación Cloro Libre para Checker HC® – HI701-11

SKU: HI 701-11

RESUMEN

Nuestro Estándar de Verificación de Cloro Libre para Checker HC® - HI701-11 proporciona una solución simple para validar el Checker® HC de Cloro Libre - HI701 en el rango de 0.00 a 2.50 ppm (mg/L). Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última generación y se suministra con un Certificado de análisis. El Certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para brindar trazabilidad al certificar el Checker® HC.

- Suministrado con Certificado de Análisis.
- Valor estándar de 1.00 +/- 0.05 ppm de cloro libre @ 25 °C.
- Reutilizable con larga estabilidad de vida útil.

DESCRIPCIÓN

El set de verificación de calibración cloro libre Checker ® HC ® **HI701-11** proporciona una solución simple para validar el cloro libre Checker ® HC ® **HI701** en el rango de 0,00 a 2,50 ppm (mg/L). Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última generación y se suministra con un certificado de análisis. El Certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para brindar trazabilidad al certificar el Checker ® HC.

ESPECIFICACIONES

Empaque	Cubeta
Cantidad	1 set
Certificado de análisis	Si

ACCESORIOS

- Checker de Cloro libre **HI701**

CÓMO PEDIR

El set de verificación **HI701-11** se entrega con una cubeta cero (1), cubeta 1.00 +/- 0.05 ppm de cloro libre @25°C (1) y certificado de análisis.