

# Set de Verificación de Calibración para Checker® HC de Amoníaco de Rango Alto – HI733-11

SKU: HI 733-11

## RESUMEN

El Set de Verificación de Calibración para Checker® HC de Amoníaco de Rango Alto - HI733-11 proporciona una solución simple para validar el Checker® HC de Amoníaco de Rango Alto - HI733 en el rango de 0.0 a 99.9 ppm (mg/L) como NH<sub>4</sub><sup>+</sup>. Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última generación y se suministra con un Certificado de Análisis. El Certificado de Análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el Checker® HC.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 25.0 +/- 2.0 ppm de NH<sub>4</sub><sup>+</sup> a 25 °C
- Reutilizable con una larga vida útil

## DESCRIPCIÓN

---

El set de verificación de calibración para Checker® HC de amoníaco de rango alto - **HI733-11** proporciona una solución simple para validar el Checker® HC de amoníaco de rango alto - **HI733** en el rango de 0.0 a 99.9 ppm (mg/L) como NH<sub>4</sub><sup>+</sup>. Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última generación y se suministra con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el Checker® HC.

## ESPECIFICACIONES

---

Certificado de Análisis	Sí
Envase	Cubetas
Cantidad de Análisis	1 set

## ACCESORIOS

---

El **HI733-11** es un set de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar el Checker® HC de amoníaco de rango alto **HI733**. El **HI733-11** incluye una cubeta sellada para cero ppm de amoníaco y una cubeta con coloración equivalente a una concentración de 25.00 +/- 2.0 ppm de NH<sub>4</sub><sup>+</sup> a 25 °C.

**-Reutilizable con una larga vida útil.**

**-Se suministra con certificado de análisis:**

- Código de producto
- Número de lote
- Fecha de vencimiento

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product Name: CALIBRATION CHECKING SET FOR HI 711

Product Code: HI 711-11

Lot number: SC0372/14

Expiration date: December 2017

Standard cuvette	Lot number	Standard Value @ 25°C (ppm)	Passed
A, HI 711-11	2038	1.00	✓
B, HI 711-11	2039	1.00 ± 0.05	✓

Hanna Instruments certifies these standards meet the stated tolerance limits as indicated. These should be used for quality control to validate instrument function on the specified Hanna instrument only. Store standards in the storage box upright at room temperature. Do not use standard cuvettes.

Instructions for use:

1. Thoroughly wipe standard cuvette with HI731318 lint free cloth and only handle using top of cuvette. The cuvette wall must be dry and free of smudges.
2. At the C.1 prompt place A, HI 711-11 standard cuvette into the holder of the Checker and press operations button.
3. At the C.2 prompt place B, HI 711-11 standard cuvette into the holder and press the operations button.

Acceptable results must be between 0.95 and 1.05 ppm @ 25°C.

File number: CERT711-11\_SC0372/14

QA manager: Bogdan Munteanu

