

Estándares para CAL Check™ para Cloro Rango Bajo y Rango Ultra Alto – HI96771- 11

SKU: HI 96771-11

RESUMEN

Los estándares para CAL Check™ HI96771-11 de cloro libre rango bajo y cloro rango ultra alto proporcionan una solución sencilla para calibrar y validar el fotómetro portátil HI96771. Los estándares se utilizan tanto para el cloro libre rango bajo de 0.00 a 5.00 mg/L (ppm) como para el cloro rango ultra alto de 0 a 500 mg/L (ppm). Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última tecnología y viene con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para validar y calibrar el fotómetro HI96771.

Suministrado con Certificado de Análisis

Valor estándar de 1.00 ±0.02 mg/L de cloro para el rango bajo y 100 ±2 mg/L de cloro para el rango ultra alto @ 25 °C

Reutilizable con una larga vida útil

DESCRIPCIÓN

Set estándar Cal Check ™ para Rango Ultra Alto Cloro Libre

Para ser usado con instrumento HI 96771

ESPECIFICACIONES

Para,Libre,usado,instrumento,Cloro,Alto,estándar,Check,Rango,para,Ultra

ACCESORIOS

Set estándar Cal Check ™ para Rango Ultra Alto Cloro Libre Para ser usado con instrumento HI 96771