

Reactivos de Níquel Rango Alto (300 Pruebas) – HI93726-03

SKU: HI 93726-03

RESUMEN

Los HI93726-03 son reactivos para la determinación colorimétrica de níquel de rango alto. Hay reactivos suficientes para 300 pruebas para ser utilizados con un fotómetro portátil o de sobremesa compatible. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada sobre para la trazabilidad.

Reactivos prefabricados para facilitar el uso

Preparados con productos químicos de alta pureza

Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

DESCRIPCIÓN

Los HI 93726-03 son reactivos para la determinación colorimétrica de níquel de rango alto. Hay reactivos suficientes para 300 pruebas para ser utilizados con un fotómetro portátil o de sobremesa compatible. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada sobre para la trazabilidad.

- Reactivos prefabricados para facilitar el uso

- Preparados con productos químicos de alta pureza
- Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

ESPECIFICACIONES

Envase	Sobres
Cantidad de Análisis	300 pruebas
Método	Adaptación del método fotométrico. La reacción entre el níquel y el reactivo provoca un color azul en la muestra

ACCESORIOS

Los HI 93726-03 son reactivos de alta calidad preparados previamente, lo que permite a los usuarios lograr mediciones colorimétricas rápidas y precisas. El método es una adaptación del método fotométrico. La reacción entre el níquel y el reactivo provoca un color azul en la muestra. Al agregar el reactivo HI 93726-03 a la muestra, se producirá una reacción y se puede usar un medidor portátil o de sobremesa compatible para determinar la concentración del color que se produce. Los resultados se mostrarán en g/L (ppt) de níquel. Estos reactivos están diseñados para ser utilizados con muestras que tienen un rango esperado de 0.00 a 7.00 g/L de níquel.

CÓMO PEDIR

Reactivo, Fotómetro