

Reactivos de Reemplazo del Kit de Pruebas para Cloro Libre y Total (Rango Bajo y Medio) (200 pruebas) – HI38017-200

SKU: HI 38017-200

RESUMEN

El HI38017-200 son reactivos de reemplazo para la determinación colorimétrica de cloro libre y total con el Kit de Pruebas para Cloro Libre y Total de Rango Bajo y Medio HI38017. Hay suficientes reactivos para aproximadamente 200 pruebas que se utilizan con el kit de pruebas de Hanna. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada sobre para la trazabilidad.

Reactivos prefabricados para facilitar el uso

Preparados con productos químicos de alta pureza

Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

DESCRIPCIÓN

Los HI38017-200 son reactivos de alta calidad preparados previamente lo que permite a los usuarios obtener mediciones de cloro libre y total rápidas y precisas con el kit químico de pruebas. Estos reactivos siguen el método DPD (N, N-dietil-p-fenilendiamina) para determinar la concentración de cloro libre y total. Para la determinación del cloro libre y total se agrega el reactivo en polvo DPD apropiado a una muestra que contiene cloro. La reacción entre el cloro y el reactivo provoca la formación de un complejo de color rosa. Cuanto mayor es la concentración, más profundo es el color. Se incluye un Disco Checker para un análisis visual preciso, lado a lado, para determinar la concentración de cloro libre y total. Estos reactivos están diseñados para ser utilizados con muestras de rango bajo que tienen un rango de cloro libre y total esperado de 0.00 a 0.70 mg/L (ppm) de Cl_2 y muestras de rango medio que tienen un rango esperado de 0.0 a 3.5 mg/L (ppm) de Cl_2 .

CARACTERÍSTICAS

ppm (mg/L) @ 25 ° C	1000 mg/L (ppm) de amoniaco (como NH3-N)
Paquete	Frascos
Tamaño	500 mL
Cantidad	1
Certificado de análisis	No