



Bomba de Dosificación para Sistema de Titulación Automática – HI900100

Description

La bomba de dosificación HI900100 puede ser utilizada para proporcionar una bomba adicional o de repuesto para los sistemas de titulación automática HI901, HI902C o HI903. Con una conexión simple desde el cable del titulador al conector de la bomba, la HI900100 está lista para ser utilizada. Esta bomba de dosificación de pistón de 40,000 pasos funciona con un mecanismo de tornillo de baja reacción para entregar con precisión el titulante o el reactivo en una muestra. La bomba de dosificación puede soportar cada uno de los cuatro tamaños de bureta que ofrece Hanna: 5 mL, 10 mL, 25 mL y 50 mL. Con una precisión de volumen de bureta de $\pm 0.1\%$, la HI900100 es completamente capaz de dosificar volúmenes extremadamente pequeños, asegurando resultados de titulación de alta precisión.

Especificaciones

Paquete	Sobres
Cantidad	100 pruebas
Método	Adaptación de Métodos Estándar para el Examen de Aguas y Aguas Residuales, 20a edición, 4500-CI