Conjunto Agitador Superior para TitulaciÃ³n â€“ HI900301

Description

El HI900301 es un conjunto de agitador superior de repuesto para los sistemas de titulaciÃ³n automÃ¡tica HI901 y HI902C.HI900301 incluye el agitador superior y tres hÃ©lices. El conjunto del agitador se puede ajustar fÃ¡cilmente una vez que se coloca en el soporte del agitador HI900320. Con un simple ajuste del collar de posicionamiento, el agitador, el tubo dispensador y todas las sondas adjuntas se pueden bajar a un vaso de muestra al comienzo de una titulaciÃ³n y levantarse al finalizar.Durante las valoraciones, se debe agitar la muestra que se estÃ¡ analizando. El uso de un agitador superior permite una mezcla adecuada y que la muestra sea homogÃ©nea en consistencia y temperatura. La agitaciÃ³n de la muestra tambiÃ©n ayuda a acelerar el tiempo de respuesta de un sensor para lograr una lectura estable, lo que en Ãºltima instancia conduce a un resultado de titulaciÃ³n mÃ¡s preciso. El agitador superior garantiza una mezcla eficaz con una velocidad seleccionable de 100 a 2500 rpm. Las hÃ©lices duraderas incluidas con el HI900301 se pueden quitar fÃ¡cilmente del eje del agitador cuando es necesario limpiarlas o reemplazarlas.

Especificaciones

Especificaciones de absorbancia

Fuente de luz	LÃ¡mpara de tungsteno
Detector de luz	Fotocelda de silicio con filtro de interferencia de banda estrecha @ 525 nm

Especificaciones adicionales

Intervalo	0.0 to 15.0 mg/L (ppm)
ResoluciÃ³n	0.1 mg/L (ppm)
Exactitud @ 25 Â° C (77 Â° F)	Â± 0,3 mg / L Â± 4% de la lectura
MÃ©todo	AdaptaciÃ³n del mÃ©todo estÃ¡ndar para el anÃ¡lisis de agua potable y agua residual, mÃ©todo de aminoÃ¡cidos
Apagado automÃ¡tico	DespuÃ©s de diez minutos de inactividad en modo de mediciÃ³n. DespuÃ©s de una hora de inactividad en el modo de calibraciÃ³n. Con recordatorio de la Ãºltima lectura
Ambiente	0 a 50 Â° C (32 a 122 Â° F); HR max 95% sin condensaciÃ³n
Peso	360g (12.7oz.)
Tipo de baterÃa	BaterÃa de 9V
Dimensiones	193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7â€•)
InformaciÃ³n para ordenar	El HI96706 se suministra con celdas de mediciÃ³n (2) tapas, baterÃa de 9V, certificado de calidad del instrumento y manual de instrucciones. Los estÃ¡ndares CAL Check â„¢ y los reactivos para las mediciones se venden por separado.