Electrolito para ISEs de Sodio (4 x 30 mL) – HI7079

Description

El nivel de electrolito en los electrodos recargables debe ser verificado antes de realizar cualquier medición. Si el nivel es bajo, se debe volver a llenar con la solución de electrolito adecuada para garantizar el rendimiento correcto del electrodo.Este simple mantenimiento ayuda a garantizar la presión adecuada en la parte superior para promover la eficiencia y precisión de los electrodos rellenables.Algunas soluciones de electrolitos también están disponibles en frascos que cumplen con la norma FDA.

Especificaciones

Paquete	Sobres
Cantidad	25
Método	Adaptación del método EPA. La reacción entre el cobre y el reactivo bicinconinato produce un color púrpura en la muestra.