Estándares CAL Check™ para Amoniaco Rango Medio – HI96715-11

Description

El HI96715-11 es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar el fotómetro para amoniaco de rango medio HI96715. El HI96715-11 incluye una cubeta sellada “A” para poner a cero el medidor y una cubeta “B” que se utiliza para validar o calibrar. La lectura esperada del estándar “B” es de 6.0 ±0.2 mg/L de amoniaco (como NH_3-N) a 25°C. El conjunto de calibración se produce en nuestras instalaciones de última tecnología utilizando productos químicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

Suministrados con Certificado de Análisis

- Código de producto
- Número de lote
- Fecha de caducidad
- Valor estándar a 25°C
- Medidor de referencia trazable por NIST

Proporcionados en contenedores de almacenamiento

- A prueba de luz
- Protegidos contra roturas accidentales

La validación y calibración del fotómetro portátil para amoniaco de rango medio HI96715 es rápida y fácil con los Estándares CAL Check HI96715-11

Image not found or type unknown