



Estándares CAL Check™ para Manganeso de Rango Bajo – HI96748-11

Description

El HI96748-11 es un conjunto de estándares de calibración de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar los fotómetros de manganeso compatibles que tienen un rango de 0 a 300 µg/L (ppb) de manganeso. El HI96748-11 incluye una cubeta sellada "A" para poner a cero el medidor y una cubeta "B" que se usa para validar o calibrar. La lectura esperada del estándar "B" es de 150 ± 10 µg/L de manganeso a 25°C. El conjunto de calibración se produce en nuestras instalaciones de última tecnología utilizando productos químicos de grado reactivo en un entorno de temperatura controlada.

Suministrado con Certificado de Análisis

- Código de producto
- Número de lote
- Fecha de caducidad

Contenedores de almacenamiento


- A prueba de luz
- Protegidos contra roturas accidentales

Medidores compatibles

- HI96748
- HI96742

La validación y calibración de la gama de manganeso para los fotómetros enumerados anteriormente es rápida y fácil con los Estándares CAL Check HI96748-11.

The HI96 series is simple



*Standard value may differ based on parameter

1 Press "CAL Check" to enter validation procedure.

3 Insert CAL Check Standard A cuvette and press "Read".

2 Insert CAL Check Standard A cuvette and press "Zero." When the display reads "0.0,"

4 Compare the value

