EstÃ¡ndares para CAL Checkâ„¢ para Cloro Rango Bajo y Rango Ultra Alto â€“ HI96771-11

## Description

El HI96771-11 es un conjunto de estÃ¡ndares de calibraciÃ³n de alta calidad que permite a los usuarios validar y calibrar el fotÃ³metro portÃ¡til HI96771 que tiene un rango de cloro libre de 0.00 a 5.00 mg/L (ppm) y de 0 a 500 mg/L. El HI96771-11 incluye una celda sellada â€œAâ€• para poner a cero el medidor y una celda â€œBâ€• que se utiliza para validar o calibrar. Una lectura aceptable de los estÃ¡ndares con el HI96771 es 1.00 Â±0.03 mg/L de cloro para el rango bajo y 100 Â±3 mg/L de cloro para el rango ultra alto @ 25Â°C. El conjunto de calibraciÃ³n se produce en nuestras instalaciones de Ãºltima tecnologÃa utilizando productos quÃmicos de grado reactivo en un ambiente con temperatura controlada.

**Se suministra con Certificado de AnÃ¡lisis**

- NÃºmero de lote
- Fecha de caducidad
- Valor estÃ¡ndar @ 25Â°C
- Equipo de referencia trazable con NIST

**Se suministra en estuche de almacenamiento**

- A prueba de luz
- Protegido contra roturas accidentales

La validaciÃ³n y calibraciÃ³n del fotÃ³metro HI96771 es rÃ¡pida y fÃ¡cil con los estÃ¡ndares CAL Checkâ„¢ HI96771-11.

**Especificaciones**

| | |
|---|---|
| Paquete | EstÃ¡ndares sellados: 0.00 y 1.00 mg/L de cloro libre; 0 y 100 mg/L de cloro |
| Cantidad | 1 conjunto |