



Estándar de Calibración de pH 7.01 GroLine (500 mL) – HI7007-050

Description

El HI7007-050 es un estándar de calibración de pH 7.01 de alta calidad producido de acuerdo con la norma ISO 3696 / BS3978 que utiliza sales de alta pureza, agua desionizada, balanzas con control de peso certificadas y cristalería de clase A en un entorno de temperatura controlada supervisado con termómetros certificados. Los valores informados tienen una precisión de $\pm 0,02$ pH a 25 °C y son trazables a los Materiales de Referencia Estándar (SRMs) del NIST.?

El HI7007-050 se suministra con Certificado de Análisis

- Código de producto
- Número de lote
- Valor medio del lote
- SRMs que se utilizaron
- Fecha de fabricación
- código de producto

Etiqueta codificada por colores para una fácil identificación del valor del estándar de pH

- Fácil de identificar diferentes valores de estándar
- La solución no contiene colorantes que puedan manchar la celda de referencia de un electrodo de pH.?